

## Alexander Carvalho

---

**De:** Alexander Carvalho <alexander.carvalho@cajamar.sp.gov.br>  
**Enviado em:** terça-feira, 17 de agosto de 2021 14:12  
**Para:** 'Dental Premium'  
**Assunto:** RES: Solicitação esclarecimentos de descritivos de itens dentro dos lotes (descritivo com dupla interpretação)

**Prioridade:** Alta

Boa tarde Dental Premium

**Conforme esclarecimento solicitado, segue abaixo as respostas:**

### LOTE 01 : INSTRUMENTAIS

Descritivo simplificado: Item 44 - 01 CABO BISTURI N°4

Descritivo completo: 02.05.03500 44 CABO DE BISTURI DE LÂMINA DUPLA 1,5MM PEÇA

01 11 - CABO DE BISTURI DE LÂMINA DUPLA 1,5MM 1 ESPECIFICAÇÃO BISTURI DE LAMINA DUPLA PARA CORTES PARALELOS E PARA RETIRADA DE RETALHOS COM DISTÂNCIA ENTRE LÂMINAS DE 1,5 MM

2 MATERIA-PRIMA PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL

3 ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVÁVEL

4 EMBALAGEM EMBALAGEM COM 1 UNIDADE

5 IDENTIFICAÇÃO CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA E FABRICAÇÃO

Neste lote 01 item 44, ou pede cabo numero 04 ou pede com lamina dupla

### **RESPOSTA: CABO BISTURI N° 4**

### LOTE 02: ANESTÉSICOS

Descritivo simplificado: Item 03 - 50 ANESTÉSICO CLORIDRATO DE MEPIVACINA 3% SEM VASOCONSTRITOR, CAIXA C/ 50 UNIDADES

Descritivo completo: 02.05.00813 03 SCANDICAÍNE 3% SEM VASOCONSTRITOR CAIXA 50 03-SCANDICAÍNE 3% SEM VASOCONSTRITOR 1 COMPOSIÇÃO A BASE DE SCANICAÍNE A 3% SEM VASOCONSTRITOR 2 APRESENTAÇÃO TUBETES DE 1,8 ML 3 EMBALADOS EMBALADOS EM CAIXA COM 50 TUBETES 4 IDENTIFICAÇÃO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO 5 INDICAÇÃO INTERVENÇÕES EM HIPERTENSOS, CARDÍACOS E DIABÉTICOS 6 ARMAZENAMENTO SEGUIR RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO 7 VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS

Neste lote 02 de Anestésico, no descritivo básico pede (cloridrato de Mepivacina 3°) e no descritivo completo pede ( scandicaïne 3 °), ANESTÉSICO SCANDICAINE não se fabrica mais, então acredito que seja Mepivacaine 3° que esteja sendo solicitada no lote 02 Item 03.

### **RESPOSTA: CLORIDRATO DE MEPIVACINA 3%**

### LOTE 04 : DESCARTAVEIS

Descritivo simplificado: Item 05 - 3.000 AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA.

Descritivo completo: 02.05.01083 05 AVENTAL CIRURGICO DESCARTÁVEL UNIDADES 3.000

05 – AVENTAL CIRURGICO 1 MATERIAL AVENTAL DE TNT 100% POLIPROPILENO.; GRAMATURA MÍNIMA DE 50; BOTÕES DE PRESSÃO, ADESIVO QUICKLON (VELCRO), FILAMENTO DE POLIÉSTER TEXTURIZADOS E FIOS ELÁSTICOS (60% ELASTODIENO E 40% POLIÉSTER). COM PUNHO E MANGA LONGA (MÍNIMO 60 CM).

COMPRIMENTO TOTAL DE ALTURA DE NO MÍNIMO

1,40. 2 EMBALAGEM EMBALAGEM COM 10 UNIDADES DESCARTÁVEL

3 IDENTIFICAÇÃO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO

Neste Lote 04 item 05 - A confusão é por que pede em unidade o preço de venda, mas a entrega pede pacote com 10 unidades, (seria só na entrega o pacote com 10 unidades, ou pede preço pacote com 10 unidades na proposta??)

### **RESPOSTA: VALOR DE 3.000 PACOTES COM 10 UNIDADES DE AVENTAIS EM CADA PACOTE**

Descritivo simplificado: Item 11 - 1300 SUGADOR ATOXICO DESCARTÁVEL PACOTE COM 40 UNIDADES

Descritivo completo: 02.05.00042 11 SUGADOR CIRÚRGICO ATOXICO DESCARTÁVEL PACOTE 1300  
01-SUGADOR ATOXICO DESCARTÁVEL

1 MATERIA-PRIMA DE PLASTICO DESCARTAVEL, ATOXICO

2 EMBALAGEM EMBALADA EM PACOTE COM 40 UNIDADES

Neste item 11 do lote 05 - O descritivo simplificado fala em sugador descartável normal para saliva pacote com 40 unidades. E no descritivo completo, fala em sugador CIRURGICO descartavel.

Acreditamos que o correto é Sugador descartável normal pacote com 40 unidades, e não cirurgico.

### **RESPOSTA: SUGADOR DESCARTÁVEL NORMAL, PACOTE COM 40 UNIDADES**

#### LOTE 05:

Descritivo simplificado: Item 02 - 02 500 CIMENTO Á ABSE DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA **PRESA QUÍMICA É EM PÓ**

Descritivo completo: 02.05.00798 02 IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO LÍQUIDO 10ML FRASCO  
01- IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO LÍQUIDO 10ML 1 USO RESTAURAÇÕES, REPARO DAS EROSÕES, CONFECÇÃO DE NÚCLEOS PARA COROA E A.R.T.

2 ESPECIFICAÇÃO IONÔMERO DE VIDRO EM LÍQUIDO, FRASCO DE VIDRO COM 10ML, C/ DOSADOR.

3 EMBALAGEM EMBALAGEM CONTENDO FRASCO DE VIDRO ÂMBAR E CONJUNTO DOSADOR, ROTULAGEM OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE

4 IDENTIFICACAO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA

5 OBSERVAÇÕES IONOMERO PÓ E LÍQUIDO DEVEM SER DA MESMA MARCA COMERCIA

Neste item 02 do lote 05 - Vocês estão pedindo no descritivo simplificado, presa química, que só tem em pó, mas no descritivo completo pede em liquido, acreditamos que seja liquido mesmo, pois no item 03 do lote 05 já é pedido o Pó

### **RESPOSTA: IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO LIQUIDO 10ML**

#### LOTE 06:

Descritivo simplificado: Item 01 - 50 RESINA COMPOSTA MICROHIBRÍDA RADIOPACA CÔR B2

Descritivo completo: 02.05.00503 01 RESINA FLOW B2 (RESTAURADOR FLUIDO) CAIXA

01-RESINA FLOW B2 (RESTAURADOR FLUIDO)

1 FINALIDADE PARA REPAROS EM RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS E INDIRETAS DE PORCELANA OU RESINA, SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS E REGULARIZAÇÃO DE PAREDES CAVITÁRIAS.

2 COMPOSIÇÃO RESINA HÍBRIDA DE BAIXA VISCOSIDADE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO, NA COR B2.

3 APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL **COM SERINGA DE 4 G NA COR B2.**

4 IDENTIFICACAO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E LOTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

5 VALIDADE VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA

Neste item 01 do lote 06 no descritivo completo, não existe resina flow com 4grs, (somente resina flow com 2grs)

### **RESPOSTA: PODE SER O DE 2g, COMO DE 4g**

Descritivo simplificado: Item 13 - 13 200 SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL DE 5ª GERAÇÃO PARA ESMALTE E DENTINA COM PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. POSSUIR MDP PARA LIGAÇÃO QUÍMICA PARA MAIOR CAPACIDADE DE ADESÃO. INGREDIENTES ATIVOS: MONÔMEROS METACRILATOS, FOTOINICIADORES, COINICIADORES E ESTABILIZANTES. INGREDIENTES INATIVOS: CARGA INERTE (NANOPARTÍCULA DE SÍLICA) E VEÍCULO ( ETANOL). DIÓXIDO DE SILÍCIO SILANIZADO DE 1 A 10% POR PESO

Descritivo completo: 02.05.00762 13 ADESIVO MAGIC BOND DE REPOSIÇÃO (PRIME BLOND) PEÇA 200

01- ADESIVO **MAGIC BLOND** DE REPOSIÇÃO (PRIME BLOND)

1 FINALIDADE AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO FOTOPOLIMERIZÁVEL MONOCOMPONENTES P/ ESMALTE E DENTINA

2 COMPOSIÇÃO HEMA, DIMETACRILATOS, FLUORETO DE NEOPENTIL ACRILATO, MONÔMERO ADESIVO (MEP), DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO, INICIADORES E ESTABILIZADORES EM UMA SOLUÇÃO ALCOÓLICA.

3 APRESENTAÇÃO EM FRASCO

4 IDENTIFICACAO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E LOTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

5 VALIDADE VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANOS DA DATA DE ENTREGA

Neste item 13 lote 06 o descritivo é 100% ÂMBAR DA FGM, nem Magic Bond e nem Prime Bond atende o solicitado no descritivo completo, pois só o Ambar Atende o item.

### **RESPOSTA: PODE CONSIDERAR O 100% ÂMBAR DA FGM**

LOTE 07:

Descritivo simplificado: Item 04 - 15 ESPONJA HEMOSTÁTICA EM FLOCOS CAIXA COM 10 UNIDADES

Descritivo completo: 02.05.00085 04 HEMOSTÁTICO LOCAL CAIXA 15 01-HEMOSTÁTICO LOCAL  
1 AÇÃO HEMOSTÁTICA

2 COMPOSIÇÃO CLORATO DE ALUMÍNIO MAIS ALCOOLETÍLICO

**3 APRESENTAÇÃO FRASCO COM 10MML**

4 IDENTIFICAÇÃO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO

Neste item 04 lote 07, pede Esponja Hemostática cx com 10 Unidades ( Hemospon), mas no descritivo completo pede Hemostático fracos com 10 ml, acreditamos que seja o pedido correto de Esponja Hemostática caixa com 10 unidades (hemospon) e não Hemostático liquido.

**RESPOSTA: HEMOSTÁTICO FRASCO COM 10ML**

**Atenciosamente**

**Alexander Carvalho**

**De:** Dental Premium [mailto:licitacaodentalpremium@gmail.com]

**Enviada em:** terça-feira, 17 de agosto de 2021 12:47

**Para:** licitacoes@cajamar.sp.gov.br

**Assunto:** Re: Solicitação esclarecimentos de descritivos de itens dentro dos lotes (descritivo com dupla interpretação)

Boa tarde Sr. (a) Pregoeiro do Pregão Presencial N.º 049/2021 Processo N. 11.656/2020.

A empresa Dental Premium Ltda, interessada em participar do Pregão PResencial N.º 049/2021 Processo N. 11.656/2020, informa que ao analisar os descritivos dos lotes abaixo encontramos alguns descritivos com dupla interpretação, o que está gerando dúvidas para qual descritivo devemos cotar o produto e qual marca.

EXEMPLOS:

**LOTE 01 : INSTRUMENTAIS**

Descritivo simplificado: Item 44 - 01 CABO **BISTURI Nº4**

Descritivo completo: 02.05.03500 44 CABO DE BISTURI DE **LÂMINA DUPLA 1,5MM** PEÇA

01 11 - CABO DE BISTURI DE LÂMINA DUPLA 1,5MM 1 ESPECIFICACAO BISTURI DE LAMINA DUPLA PARA CORTES PARALELOS E PARA RETIRADA DE RETALHOS COM DISTÂNCIA ENTRE LÂMINAS DE 1,5 MM

2 MATERIA-PRIMA PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL

3 ESTERILIZACAO AUTOCLAVÁVEL

4 EMBALAGEM EMBALAGEM COM 1 UNIDADE

5 IDENTIFICACAO CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA E FABRICAÇÃO

**Neste lote 01 item 44, ou pede cabo numero 04 ou pede com lamina dupla**

**LOTE 02: ANESTÉSICOS**

Descritivo simplificado: Item 03 - 50 ANESTÉSICO **CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3%** SEM VASOCONSTRITOR, CAIXA C/ 50 UNIDADES

Descritivo completo: 02.05.00813 03 **SCANDICAÍNE 3%** SEM VASOCONSTRITOR CAIXA 50 03-SCANDICAÍNE 3% SEM VASOCONSTRITOR 1 COMPOSIÇÃO A BASE DE SCANICAÍNE A 3%

SEM VASOCONSTRITOR 2 APRESENTAÇÃO TUBETES DE 1,8 ML 3 EMBALADOS EMBALADOS EM CAIXA COM 50 TUBETES 4 IDENTIFICAÇÃO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO 5 INDICAÇÃO INTERVENÇÕES EM HIPERTENSOS, CARDÍACOS E DIABÉTICOS 6 ARMAZENAMENTO SEGUIR RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO 7 VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS

Neste lote 02 de Anestésico, no descritivo básico pede (cloridrato de Mepivacina 3º) e no descritivo completo pede (scandicaine 3º), ANESTÉSICO SCANDICAINE não se fabrica mais, então acredito que seja Mepivacaine 3º que esteja sendo solicitada no lote 02 Item 03.

#### LOTE 04 : DESCARTAVEIS

Descritivo simplificado: Item 05 - 3.000 AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA.

Descritivo completo: 02.05.01083 05 AVENTAL CIRURGICO DESCARTÁVEL UNIDADES 3.000

05 – AVENTAL CIRURGICO 1 MATERIAL AVENTAL DE TNT 100% POLIPROPILENO.; GRAMATURA MÍNIMA DE 50; BOTÕES DE PRESSÃO, ADESIVO QUICKLON (VELCRO), FILAMENTO DE POLIÉSTER TEXTURIZADOS E FIOS ELÁSTICOS (60% ELASTODIENO E 40% POLIÉSTER). COM PUNHO E MANGA LONGA (MÍNIMO 60 CM). COMPRIMENTO TOTAL DE ALTURA DE NO MÍNIMO

#### 1.40. 2 EMBALAGEM EMBALAGEM COM 10 UNIDADES DESCARTÁVEL

3 IDENTIFICACAO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO

Neste Lote 04 item 05 - A confusão é por que pede em unidade o preço de venda, mas a entrega pede pacote com 10 unidades, (seria só na entrega o pacote com 10 unidades, ou pede preço pacote com 10 unidades na proposta??)

Descritivo simplificado: Item 11 - 1300 SUGADOR ATOXICO DESCARTÁVEL PACOTE COM 40 UNIDADES

Descritivo completo: 02.05.00042 11 SUGADOR CIRÚRGICO ATOXICO DESCARTÁVEL PACOTE 1300

01-SUGADOR ATOXICO DESCARTÁVEL

1 MATERIA-PRIMA DE PLASTICO DESCARTAVEL, ATOXICO

2 EMBALAGEM EMBALADA EM PACOTE COM 40 UNIDADES

Neste item 11 do lote 05 - O descritivo simplificado fala em sugador descartável normal para saliva pacote com 40 unidades. E no descritivo completo, fala em sugador CIRURGICO descartavel.

Acreditamos que o correto é Sugador descartável normal pacote com 40 unidades, e não cirurgico.

#### LOTE 05:

Descritivo simplificado: Item 02 - 02 500 CIMENTO Á ABSE DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA (PRESA QUÍMICA É EM PÓ)

Descritivo completo: 02.05.00798 02 IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO LÍQUIDO 10ML FRASCO

01- IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO LÍQUIDO 10ML 1 USO RESTAURAÇÕES, REPARO DAS EROSÕES, CONFEÇÃO DE NÚCLEOS PARA COROA E A.R.T.

2 ESPECIFICAÇÃO IONÔMERO DE VIDRO EM LÍQUIDO, FRASCO DE VIDRO COM 10ML, C/ DOSADOR.

3 EMBALAGEM EMBALAGEM CONTENDO FRASCO DE VIDRO ÂMBAR E CONJUNTO DOSADOR, ROTULAGEM OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE

4 IDENTIFICACAO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA

5 OBSERVAÇÕES IONOMERO PÓ E LÍQUIDO DEVEM SER DA MESMA MARCA COMERCIA

Neste item 02 do lote 05 - Vocês estão pedindo no descritivo simplificado, presa química, que só tem em pó, mas no descritivo completo pede em liquido, acreditamos que seja liquido mesmo, pois no item 03 do lote 05 já é pedido o Pó

#### LOTE 06:

Descritivo simplificado: Item 01 - 50 RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA RADIOPACA CÔR B2

Descritivo completo: 02.05.00503 01 RESINA FLOW B2 (RESTAURADOR FLUIDO) CAIXA

01-RESINA FLOW B2 (RESTAURADOR FLUIDO)

1 FINALIDADE PARA REPAROS EM RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS E INDIRETAS DE PORCELANA OU RESINA, SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS E REGULARIZAÇÃO DE PAREDES CAVITÁRIAS.

2 COMPOSIÇÃO RESINA HÍBRIDA DE BAIXA VISCOSIDADE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO, NA COR B2.

3 APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SERINGA DE 4 G NA COR B2.

4 IDENTIFICACAO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E LOTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

5 VALIDADE VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA

Neste item 01 do lote 06 no descritivo completo, não existe resina flow com 4grs, (somente resina flow com 2grs)

Descritivo simplificado: Item 13 - 13 200 SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL DE 5ª GERAÇÃO PARA ESMALTE E DENTINA COM PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. POSSUIR MDP PARA LIGAÇÃO QUÍMICA PARA MAIOR CAPACIDADE DE ADESÃO. INGREDIENTES ATIVOS: MONÔMEROS METACRÍLATOS, FOTOINICIADORES, COINICIADORES E ESTABILIZANTES. INGREDIENTES INATIVOS: CARGA INERTE

(NANOPARTÍCULA DE SÍLICA) E VEÍCULO ( ETANOL). DIÓXIDO DE SILÍCIO SILANIZADO DE 1 A 10% POR PESO

Descritivo completo: 02.05.00762 13 ADESIVO MAGIC BOND DE REPOSIÇÃO (PRIME BLOND) PEÇA 200

01- ADESIVO **MAGIC BLOND** DE REPOSIÇÃO (**PRIME BLOND**)

1 FINALIDADE AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO FOTOPOLIMERIZÁVEL MONOCOMPONENTES P/ ESMALTE E DENTINA

2 COMPOSIÇÃO HEMA, DIMETACRILATOS, FLUORETO DE NEOPENTIL ACRILATO, MONÔMERO ADESIVO (MEP), DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO, INICIADORES E ESTABILIZADORES EM UMA SOLUÇÃO ALCOÓLICA.

3 APRESENTAÇÃO EM FRASCO

4 IDENTIFICACAO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E LOTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

5 VALIDADE VALIDADE MINIMA DE 01 ANOS DA DATA DE ENTREGA

Neste item 13 lote 06 o descritivo é **100% AMBAR DA FGM**, nem Magic Bond e nem Prime Bond atende o solicitado no descritivo completo, pois só o Ambar Atende o item.

**LOTE 07:**

Descritivo simplificado: Item 04 - 15 ESPONJA HEMOSTÁTICA EM FLOCOS CAIXA COM 10 UNIDADES

Descritivo completo: 02.05.00085 04 HEMOSTÁTICO LOCAL CAIXA 15 01-HEMOSTÁTICO LOCAL

1 AÇÃO HEMOSTÁTICA

2 COMPOSIÇÃO CLORATO DE ALUMÍNIO MAIS ALCOOLETÍLICO

**3 APRESENTAÇÃO FRASCO COM 10MML**

4 IDENTIFICAÇÃO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO

Neste item 04 lote 07, pede Esponja Hemostática cx com 10 Unidades ( Hemospon), mas no descritivo completo pede Hemostático fracos com 10 ml, acreditamos que seja o pedido correto de Esponja Hemostática caixa com 10 unidades (hemospon) e não Hemostático liquido.

Essas são nossas duvidas em relação aos descritivos dos lotes mencionados.

Ficamos no aguardo

Obrigado e tenha um ótimo dia

Luiz Carlos Balam  
Analista de Licitações

41 - 99181-5148

Dental Premium Ltda  
45 - 99956-8264  
Alexandre

Em ter., 17 de ago. de 2021 às 12:45, Dental Premium <[licitacaodentalpremium@gmail.com](mailto:licitacaodentalpremium@gmail.com)> escreveu:

Boa tarde Sr. (a) Pregoeiro do Pregão Presencial N.º 049/2021 Processo N. 11.656/2020.

A empresa Dental Premium Ltda, interessada em participar do Pregão PResencial N.º 049/2021 Processo N. 11.656/2020, informa que ao analisar os descritivos dos lotes abaixo encontramos alguns descritivos com dupla interpretação, o que está gerando dúvidas para qual descritivo devemos cotar o produto e qual marca.

EXEMPLOS:

### LOTE 01 : INSTRUMENTAIS

Descritivo simplificado: Item 44 - 01 CABO **BISTURI N°4**

Descritivo completo: 02.05.03500 44 CABO DE BISTURI DE **LÂMINA DUPLA 1,5MM** PEÇA

01 11 - CABO DE BISTURI DE LÂMINA DUPLA 1,5MM 1 ESPECIFICACAO BISTURI DE LAMINA DUPLA PARA CORTES PARALELOS E PARA RETIRADA DE RETALHOS COM DISTÂNCIA ENTRE LÂMINAS DE 1,5 MM

2 MATERIA-PRIMA PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL

3 ESTERILIZACAO AUTOCLAVÁVEL

4 EMBALAGEM EMBALAGEM COM 1 UNIDADE

5 IDENTIFICACAO CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA E FABRICAÇÃO

Neste lote 01 item 44, ou pede cabo numero 04 ou pede com lamina dupla

### LOTE 02: ANESTÉSICOS

Descritivo simplificado: Item 03 - 50 ANESTÉSICO **CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3%** SEM VASOCONSTRITOR, CAIXA C/ 50 UNIDADES

Descritivo completo: 02.05.00813 03 **SCANDICAÍNE 3%** SEM VASOCONSTRITOR CAIXA 50 03- SCANDICAÍNE 3% SEM VASOCONSTRITOR 1 COMPOSIÇÃO A BASE DE SCANICAÍNE A 3% SEM VASOCONSTRITOR 2 APRESENTAÇÃO TUBETES DE 1,8 ML 3 EMBALADOS EMBALADOS EM CAIXA COM 50 TUBETES 4 IDENTIFICAÇÃO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA E FABRICAÇÃO 5 INDICAÇÃO INTERVENÇÕES EM HIPERTENSOS, CARDÍACOS E DIABÉTICOS 6 ARMAZENAMENTO SEGUIR RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO 7 VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS

Neste lote 02 de Anestésico, no descritivo básico pede (cloridrato de Mepivacina 3º) e no descritivo completo pede (scandicaine 3º), ANESTÉSICO SCANDICAINE não se fabrica mais, então acredito que seja Mepivacaine 3º que esteja sendo solicitada no lote 02 Item 03.

### LOTE 04 : DESCARTAVEIS

Descritivo simplificado: Item 05 - 3.000 AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA.

Descritivo completo: 02.05.01083 05 AVENTAL CIRURGICO DESCARTÁVEL UNIDADES 3.000

05 – AVENTAL CIRURGICO 1 MATERIAL AVENTAL DE TNT 100% POLIPROPILENO.; GRAMATURA MÍNIMA DE 50; BOTÕES DE PRESSÃO, ADESIVO QUICKLON (VELCRO), FILAMENTO DE POLIÉSTER TEXTURIZADOS E FIOS ELÁSTICOS (60% ELASTODIENO E 40% POLIÉSTER). COM PUNHO E MANGA LONGA (MÍNIMO 60 CM). COMPRIMENTO TOTAL DE ALTURA DE NO MÍNIMO

**1,40. 2 EMBALAGEM EMBALAGEM COM 10 UNIDADES DESCARTÁVEL**

3 IDENTIFICACAO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO

Neste Lote 04 item 05 - A confusão é por que pede em unidade o preço de venda, mas a entrega pede pacote com 10 unidades, (seria só na entrega o pacote com 10 unidades, ou pede preço pacote com 10 unidades na proposta??)

Descritivo simplificado: Item 11 - 1300 **SUGADOR ATOXICO DESCARTÁVEL** PACOTE COM 40 UNIDADES

Descritivo completo: 02.05.00042 11 **SUGADOR CIRÚRGICO** ATOXICO DESCARTÁVEL PACOTE 1300

01-SUGADOR ATOXICO DESCARTÁVEL

1 MATERIA-PRIMA DE PLASTICO DESCARTAVEL, ATOXICO

2 EMBALAGEM EMBALADA EM PACOTE COM 40 UNIDADES

Neste item 11 do lote 05 - O descritivo simplificado fala em sugador descartável normal para saliva pacote com 40 unidades. E no descritivo completo, fala em sugador **CIRURGICO** descartavel.

Acreditamos que o correto é Sugador descartável normal pacote com 40 unidades, e não cirurgico.

**LOTE 05:**

Descritivo simplificado: Item 02 - 02 500 CIMENTO Á ABSE DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA **(PRESA QUIMICA É EM PÓ)**

Descritivo completo: 02.05.00798 02 IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO LÍQUIDO 10ML FRASCO

01– IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO LÍQUIDO 10ML 1 USO RESTAURAÇÕES, REPARO DAS EROSÕES, CONFECÇÃO DE NÚCLEOS PARA COROA E A.R.T.

**2 ESPECIFICAÇÃO IONÔMERO DE VIDRO EM LÍQUIDO, FRASCO DE VIDRO COM 10ML, C/ DOSADOR.**

3 EMBALAGEM EMBALAGEM CONTENDO FRASCO DE VIDRO ÂMBAR E CONJUNTO DOSADOR, ROTULAGEM OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE

4 IDENTIFICACAO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA

## 5 OBSERVAÇÕES IONOMERO PÓ E LÍQUIDO DEVEM SER DA MESMA MARCA COMERCIA

Neste item 02 do lote 05 - Vocês estão pedindo no descritivo simplificado, presa química, **que só tem em pó**, mas no descritivo completo pede em líquido, acreditamos que seja líquido mesmo, **pois no item 03 do lote 05 já é pedido o Pó**

### LOTE 06:

Descritivo simplificado: Item 01 - 50 RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA RADIOPACA CÔR B2

Descritivo completo: 02.05.00503 01 RESINA FLOW B2 (RESTAURADOR FLUIDO) CAIXA

01-RESINA FLOW B2 (RESTAURADOR FLUIDO)

1 FINALIDADE PARA REPAROS EM RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS E INDIRETAS DE PORCELANA OU RESINA, SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS E REGULARIZAÇÃO DE PAREDES CAVITÁRIAS.

2 COMPOSIÇÃO RESINA HÍBRIDA DE BAIXA VISCOSIDADE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO, NA COR B2.

3 APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL **COM SERINGA DE 4 G NA COR B2.**

4 IDENTIFICACAO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E LOTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

5 VALIDADE VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA

Neste item 01 do lote 06 no descritivo completo, não existe resina flow com 4grs, (**somente resina flow com 2grs**)

Descritivo simplificado: Item 13 - 13 200 SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL DE 5ª GERAÇÃO PARA ESMALTE E DENTINA COM PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. POSSUIR MDP PARA LIGAÇÃO QUÍMICA PARA MAIOR CAPACIDADE DE ADESÃO. INGREDIENTES ATIVOS: MONÔMEROS METACRÍLATO, FOTOINICIADORES, COINICIADORES E ESTABILIZANTES. INGREDIENTES INATIVOS: CARGA INERTE (NANOPARTÍCULA DE SÍLICA) E VEÍCULO ( ETANOL). DIÓXIDO DE SILÍCIO SILANIZADO DE 1 A 10% POR PESO

Descritivo completo: 02.05.00762 13 ADESIVO MAGIC BOND DE REPOSIÇÃO (PRIME BLOND) PEÇA 200

01- ADESIVO **MAGIC BLOND** DE REPOSIÇÃO (**PRIME BLOND**)

1 FINALIDADE AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO FOTOPOLIMERIZÁVEL MONOCOMPONENTES P/ ESMALTE E DENTINA

2 COMPOSIÇÃO HEMA, DIMETACRILATOS, FLUORETO DE NEOPENTIL ACRILATO, MONÔMERO ADESIVO (MEP), DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO, INICIADORES E ESTABILIZADORES EM UMA SOLUÇÃO ALCOÓLICA.

### 3 APRESENTAÇÃO EM FRASCO

4 IDENTIFICACAO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E LOTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

5 VALIDADE VALIDADE MINIMA DE 01 ANOS DA DATA DE ENTREGA

Neste item 13 lote 06 o descritivo é 100% AMBAR DA FGM, nem Magic Bond e nem Prime Bond atende o solicitado no descritivo completo, pois só o Ambar Atende o item.

#### LOTE 07:

Descritivo simplificado: Item 04 - 15 ESPONJA HEMOSTÁTICA EM FLOCOS CAIXA COM 10 UNIDADES

Descritivo completo: 02.05.00085 04 HEMOSTÁTICO LOCAL CAIXA 15 01-HEMOSTÁTICO LOCAL

1 AÇÃO HEMOSTÁTICA

2 COMPOSIÇÃO CLORATO DE ALUMÍNIO MAIS ALCOOLETÍLICO

#### **3 APRESENTAÇÃO FRASCO COM 10MML**

4 IDENTIFICAÇÃO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO

Neste item 04 lote 07, pede Esponja Hemostática cx com 10 Unidades ( Hemospon), mas no descritivo completo pede Hemostático fracos com 10 ml, acreditamos que seja o pedido correto de Esponja Hemostática caixa com 10 unidades (hemospon) e não Hemostático liquido.

Essas são nossas duvidas em relação aos descritivos dos lotes mencionados.

Ficamos no aguardo

Obrigado e tenha um ótimo dia

Luiz Carlos Balam  
Analista de Licitações  
41 - 99181-5148

Dental Premium Ltda  
45 - 99956-8264  
Alexandre

Em sex., 13 de ago. de 2021 às 17:15, Dental Premium <[licitacaodentalpremium@gmail.com](mailto:licitacaodentalpremium@gmail.com)> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Dental Premium** <[licitacaodentalpremium@gmail.com](mailto:licitacaodentalpremium@gmail.com)>

Date: sex., 13 de ago. de 2021 às 17:00

Subject: Solicitação esclarecimentos de descritivos de itens dentro dos lotes (descritivo com dupla interpretação)

To: <[licitacoes@cajamr.sp.gov.br](mailto:licitacoes@cajamr.sp.gov.br)>

Boa tarde Sr. (a) Pregoeiro do Pregão Presencial N.º 049/2021 Processo N. 11.656/2020.

A empresa Dental Premium Ltda, interessada em participar do Pregão PResencial N.º 049/2021 Processo N. 11.656/2020, informa que ao analisar os descritivos dos lotes abaixo encontramos alguns descritivos com dupla interpretação, o que está gerando dúvidas para qual descritivo devemos cotar o produto e qual marca.

EXEMPLOS:

### LOTE 01 : INSTRUMENTAIS

Descritivo simplificado: Item 44 - 01 CABO BISTURI N°4

Descritivo completo: 02.05.03500 44 CABO DE BISTURI DE LÂMINA DUPLA 1,5MM PEÇA

01 11 - CABO DE BISTURI DE LÂMINA DUPLA 1,5MM 1 ESPECIFICACAO BISTURI DE LAMINA DUPLA PARA CORTES PARALELOS E PARA RETIRADA DE RETALHOS COM DISTÂNCIA ENTRE LÂMINAS DE 1,5 MM

2 MATERIA-PRIMA PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL

3 ESTERILIZACAO AUTOCLAVÁVEL

4 EMBALAGEM EMBALAGEM COM 1 UNIDADE

5 IDENTIFICACAO CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA E FABRICAÇÃO

Neste lote 01 item 44, ou pede cabo numero 04 ou pede com lamina dupla

### LOTE 02: ANESTÉSICOS

Descritivo simplificado: Item 03 - 50 ANESTÉSICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% SEM VASOCONSTRITOR, CAIXA C/ 50 UNIDADES

Descritivo completo: 02.05.00813 03 SCANDICAÍNE 3% SEM VASOCONSTRITOR CAIXA 50 03- SCANDICAÍNE 3% SEM VASOCONSTRITOR 1 COMPOSIÇÃO A BASE DE SCANICAÍNE A 3% SEM VASOCONSTRITOR 2 APRESENTAÇÃO TUBETES DE 1,8 ML 3 EMBALADOS EMBALADOS EM CAIXA COM 50 TUBETES 4 IDENTIFICAÇÃO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO 5 INDICAÇÃO INTERVENÇÕES EM HIPERTENSOS, CARDÍACOS E DIABÉTICOS 6 ARMAZENAMENTO SEGUIR RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO 7 VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS

Neste lote 02 de Anestésico, no descritivo básico pede (cloridrato de Mepivacina 3º) e no descritivo completo pede ( scandicaine 3 º ), ANESTÉSICO SCANDICAINE não se fabrica mais, então acredito que seja Mepivacaine 3º que esteja sendo solicitada no lote 02 Item 03.

### LOTE 04 : DESCARTAVEIS

Descritivo simplificado: Item 05 - 3.000 AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA.

Descritivo completo: 02.05.01083 05 AVENTAL CIRURGICO DESCARTÁVEL UNIDADES 3.000

05 – AVENTAL CIRURGICO 1 MATERIAL AVENTAL DE TNT 100%

POLIPROPILENO.; GRAMATURA MÍNIMA DE 50; BOTÕES DE PRESSÃO, ADESIVO

QUICKLON (VELCRO), FILAMENTO DE POLIÉSTER TEXTURIZADOS E FIOS ELÁSTICOS

(60% ELASTODIENO E 40% POLIÉSTER). COM PUNHO E MANGA LONGA (MÍNIMO 60 CM). COMPRIMENTO TOTAL DE ALTURA DE NO MÍNIMO

#### 1.40.2 EMBALAGEM EMBALAGEM COM 10 UNIDADES DESCARTÁVEL

3 IDENTIFICACAO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO

Neste Lote 04 item 05 - A confusão é por que pede em unidade o preço de venda, mas a entrega pede pacote com 10 unidades, (seria só na entrega o pacote com 10 unidades, ou pede preço pacote com 10 unidades na proposta??)

Descritivo simplificado: Item 11 - 1300 SUGADOR ATOXICO DESCARTÁVEL PACOTE COM 40 UNIDADES

Descritivo completo: 02.05.00042 11 SUGADOR CIRÚRGICO ATOXICO DESCARTÁVEL PACOTE 1300

01-SUGADOR ATOXICO DESCARTÁVEL

1 MATERIA-PRIMA DE PLASTICO DESCARTAVEL, ATOXICO

2 EMBALAGEM EMBALADA EM PACOTE COM 40 UNIDADES

Neste item 11 do lote 05 - O descritivo simplificado fala em sugador descartável normal para saliva pacote com 40 unidades. E no descritivo completo, fala em sugador CIRURGICO descartavel.

Acreditamos que o correto é Sugador descartável normal pacote com 40 unidades, e não cirurgico.

#### LOTE 05:

Descritivo simplificado: Item 02 - 02 500 CIMENTO Á ABSE DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA (PRESA QUIMICA É EM PÓ)

Descritivo completo: 02.05.00798 02 IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO LÍQUIDO 10ML FRASCO

01- IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO LÍQUIDO 10ML 1 USO RESTAURAÇÕES, REPARO DAS EROSÕES, CONFECÇÃO DE NÚCLEOS PARA COROA E A.R.T.

#### 2 ESPECIFICAÇÃO IONÔMERO DE VIDRO EM LÍQUIDO, FRASCO DE VIDRO COM 10ML, C/ DOSADOR.

3 EMBALAGEM EMBALAGEM CONTENDO FRASCO DE VIDRO ÂMBAR E CONJUNTO DOSADOR, ROTULAGEM OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE

4 IDENTIFICACAO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA

5 OBSERVAÇÕES IONOMERO PÓ E LÍQUIDO DEVEM SER DA MESMA MARCA COMERCIA

Neste item 02 do lote 05 - Vocês estão pedindo no descritivo simplificado, presa química, que só tem em pó, mas no descritivo completo pede em líquido, acreditamos que seja líquido mesmo, pois no item 03 do lote 05 já é pedido o Pó

#### LOTE 06:

Descritivo simplificado: Item 01 - 50 RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA RADIOPACA CÔR B2

Descritivo completo: 02.05.00503 01 RESINA FLOW B2 (RESTAURADOR FLUIDO) CAIXA

01-RESINA FLOW B2 (RESTAURADOR FLUIDO)

1 FINALIDADE PARA REPAROS EM RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS E INDIRETAS DE PORCELANA OU RESINA, SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS E REGULARIZAÇÃO DE PAREDES CAVITÁRIAS.

2 COMPOSIÇÃO RESINA HÍBRIDA DE BAIXA VISCOSIDADE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO, NA COR B2.

3 APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SERINGA DE 4 G NA COR B2.

4 IDENTIFICACAO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E LOTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

5 VALIDADE VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA

Neste item 01 do lote 06 no descritivo completo, não existe resina flow com 4grs, (somente resina flow com 2grs)

Descritivo simplificado: Item 13 - 13 200 SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL DE 5ª GERAÇÃO PARA ESMALTE E DENTINA COM PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. POSSUIR MDP PARA LIGAÇÃO QUÍMICA PARA MAIOR CAPACIDADE DE ADESÃO. INGREDIENTES ATIVOS: MONÔMEROS METACRILATOS, FOTOINICIADORES, COINICIADORES E ESTABILIZANTES. INGREDIENTES INATIVOS: CARGA INERTE (NANOPARTÍCULA DE SÍLICA) E VEÍCULO ( ETANOL). DIÓXIDO DE SILÍCIO SILANIZADO DE 1 A 10% POR PESO

Descritivo completo: 02.05.00762 13 ADESIVO MAGIC BOND DE REPOSIÇÃO (PRIME BLOND) PEÇA 200

01- ADESIVO MAGIC BLOND DE REPOSIÇÃO (PRIME BLOND)

1 FINALIDADE AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO FOTOPOLIMERIZÁVEL MONOCOMPONENTES P/ ESMALTE E DENTINA

2 COMPOSIÇÃO HEMA, DIMETACRILATOS, FLUORETO DE NEOPENTIL ACRILATO, MONÔMERO ADESIVO (MEP), DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO, INICIADORES E ESTABILIZADORES EM UMA SOLUÇÃO ALCOÓLICA.

3 APRESENTAÇÃO EM FRASCO

4 IDENTIFICACAO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E LOTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

5 VALIDADE VALIDADE MINIMA DE 01 ANOS DA DATA DE ENTREGA

Neste item 13 lote 06 o descritivo é 100% AMBAR DA FGM, nem Magic Bond e nem Prime Bond atende o solicitado no descritivo completo, pois só o Ambar Atende o item.

LOTE 07:

Descritivo simplificado: Item 04 - 15 ESPONJA HEMOSTÁTICA EM FLOCOS CAIXA COM 10 UNIDADES

Descritivo completo: 02.05.00085 04 HEMOSTÁTICO LOCAL CAIXA 15 01-HEMOSTÁTICO LOCAL

1 AÇÃO HEMOSTÁTICA

2 COMPOSIÇÃO CLORATO DE ALUMÍNIO MAIS ALCOOLETÍLICO

**3 APRESENTAÇÃO FRASCO COM 10MML**

4 IDENTIFICAÇÃO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO

Neste item 04 lote 07, pede Esponja Hemostática cx com 10 Unidades ( Hemospon), mas no descritivo completo pede Hemostático fracos com 10 ml, acreditamos que seja o pedido correto de Esponja Hemostática caixa com 10 unidades (hemospon) e não Hemostático liquido.

Essas são nossas duvidas em relação aos descritivos dos lotes mencionados.

Ficamos no aguardo

Obrigado e tenha um ótimo dia

Luiz Carlos Balam  
Analista de Licitações  
41 - 99181-5148

Dental Premium Ltda  
45 - 99956-8264  
Alexandre