

Alexander Carvalho

De: Alexander Carvalho <alexander.carvalho@cajamar.sp.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 17 de agosto de 2021 15:04
Para: 'licitacao.odontosul dental@gmail.com'
Assunto: RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

Prioridade: Alta

Boa tarde Odontosul dental – Peterson

Conforme solicitação, segue abaixo as respostas:

LOTE 01 : INSTRUMENTAIS

Descritivo simplificado: Item 44 - 01 CABOBISTURI Nº4

Descritivo completo: 02.05.03500 44 CABO DE BISTURI DE **LÂMINA DUPLA 1,5MM PEÇA**

01 11 - CABO DE BISTURI DE LÂMINA DUPLA 1,5MM 1 ESPECIFICAÇÃO BISTURI DE LÂMINA DUPLA PARA CORTES PARALELOS E PARA RETIRADA DE RETALHOS COM DISTÂNCIA ENTRE LÂMINAS DE 1,5 MM

2 MATÉRIA-PRIMA PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL

3 ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVÁVEL

4 EMBALAGEM EMBALAGEM COM 1 UNIDADE

5 IDENTIFICAÇÃO CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA E FABRICAÇÃO

Neste lote 01 item 44, ou pede cabo numero 04 ou pede com lâmina dupla

RESPOSTA: CABO BISTURI Nº 4

LOTE 02: ANESTÉSICOS

Descritivo simplificado: Item 03 - 50 ANESTÉSICO **CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3%** SEM VASOCONSTRITOR, CAIXA C/ 50 UNIDADES

Descritivo completo: 02.05.00813 03 **SCANDICAÍNE 3% SEM VASOCONSTRITOR CAIXA 50 03-SCANDICAÍNE 3% SEM VASOCONSTRITOR 1 COMPOSIÇÃO A BASE DE SCANDICAÍNE A 3% SEM VASOCONSTRITOR 2 APRESENTAÇÃO TUBETES DE 1,8ML 3 EMBALADOS EMBALADOS EM CAIXA COM 50 TUBETES 4 IDENTIFICAÇÃO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO 5 INDICAÇÃO INTERVENÇÕES EM HIPERTENSOS, CARDÍACOS E DIABÉTICOS 6 ARMAZENAMENTO SEGUIR RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO 7 VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS**

Neste lote 02 de Anestésico, no descritivo básico pede (cloridrato de Mepivacina 3º) e no descritivo completo pede (scandicaíne 3º), ANESTÉSICO SCANDICAÍNE não se fabrica mais, então acredito que seja Mepivacaine 3º que esteja sendo solicitada no lote 02 Item 03.

RESPOSTA: CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3%

LOTE 04 : DESCARTÁVEIS

Descritivo simplificado: Item 05 - 3.000 AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA.

Descritivo completo: 02.05.01083 05 AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL UNIDADES 3.000

05 – AVENTAL CIRÚRGICO 1 MATERIAL AVENTAL DE TNT 100% POLIPROPILENO.; GRAMATURA MÍNIMA DE 50; BOTÕES DE PRESSÃO, ADESIVO QUICKLY (VELCRO), FILAMENTO DE POLIÉSTER TEXTURIZADOS E FIOS ELÁSTICOS (60% ELASTODIENO E 40% POLIÉSTER). COM PUNHO E MANGA LONGA (MÍNIMO 60 CM).

COMPRIMENTO TOTAL DE ALTURA DE NO MÍNIMO

1.40. 2 EMBALAGEM EMBALAGEM COM 10 UNIDADES DESCARTÁVEL

3 IDENTIFICAÇÃO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO

Neste Lote 04 item 05 - A confusão é por que pede em unidade o preço de venda, mas a entrega pede pacote com 10 unidades, (seria só na entrega o pacote com 10 unidades, ou pede preço pacote com 10 unidades na proposta??)

RESPOSTA: VALOR DE 3.000 PACOTES COM 10 UNIDADES DE AVENTAIS EM CADA PACOTE

Descritivo simplificado: Item 11 - 1300 **SUGADOR ATÓXICO DESCARTÁVEL** PACOTE COM 40 UNIDADES

Descritivo completo: 02.05.00042 11 **SUGADOR CIRÚRGICO ATOXICO DESCARTÁVEL PACOTE 1300**

01-SUGADOR ATÓXICO DESCARTÁVEL

1 MATÉRIA-PRIMA DE PLASTICO DESCARTAVEL, ATOXICO

2 EMBALAGEM EMBALADA EM PACOTE COM 40 UNIDADES

RESPOSTA: SUGADOR DESCARTÁVEL NORMAL, PACOTE COM 40 UNIDADES

Neste item 11 do lote 05 - O descritivo simplificado fala em sugador descartável normal para saliva pacote com 40 unidades. E no descritivo completo, fala em sugador CIRÚRGICO descartável.

Acreditamos que o correto é Sugador descartável normal pacote com 40 unidades, e não cirúrgico.

LOTE 05:

Descritivo simplificado: Item 02 - 02 500 CIMENTO À BASE DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA **(PRESA QUÍMICA É EM PÓ)**

Descritivo completo: 02.05.00798 02 IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO LÍQUIDO 10ML FRASCO 01- IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO LÍQUIDO 10ML 1 USO RESTAURAÇÕES, REPARO DAS EROSÕES, CONFECÇÃO DE NÚCLEOS PARA COROA E A.R.T.

2 ESPECIFICAÇÃO IONÔMERO DE VIDRO EM LÍQUIDO, FRASCO DE VIDRO COM 10ML, C/ DOSADOR.

3 EMBALAGEM EMBALAGEM CONTENDO FRASCO DE VIDRO ÂMBAR E CONJUNTO DOSADOR, ROTULAGEM OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE

4 IDENTIFICAÇÃO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA

5 OBSERVAÇÕES IONÔMERO PÓ E LÍQUIDO DEVEM SER DA MESMA MARCA COMERCIAL

Neste item 02 do lote 05 - Vocês estão pedindo no descritivo simplificado, presa química, que só tem em pó, mas no descritivo completo pede em líquido, acreditamos que seja líquido mesmo, **pois no item 03 do lote 05 já é pedido o Pó**

RESPOSTA: IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO LIQUIDO 10ML

LOTE 06:

Descritivo simplificado: Item 01 - 50 RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA RADIOPACA COR B2

Descritivo completo: 02.05.00503 01 RESINA FLOW B2 (RESTAURADOR FLUIDO) CAIXA

01-RESINA FLOW B2 (RESTAURADOR FLUIDO)

1 FINALIDADE PARA REPAROS EM RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS E INDIRETAS DE PORCELANA OU RESINA, SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS E REGULARIZAÇÃO DE PAREDES CAVITÁRIAS.

2 COMPOSIÇÃO RESINA HÍBRIDA DE BAIXA VISCOSIDADE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO, NA COR B2.

3 Apresentação EM EMBALAGEM INDIVIDUAL **COM SERINGA DE 4 G NA COR B2.**

4 IDENTIFICAÇÃO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E LOTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

5 VALIDADE VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA

Neste item 01 do lote 06 no descritivo completo, não existe resina flow com 4grs, (somente resina flow com 2grs)

Descritivo simplificado: Item 13 - 13 200 SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL DE 5ª GERAÇÃO PARA ESMALTE E DENTINA COM PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. POSSUIR MDP PARA LIGAÇÃO QUÍMICA PARA MAIOR CAPACIDADE DE ADESÃO. INGREDIENTES ATIVOS: MONÔMEROS METACRILATOS, FOTOINICIADORES, CO INICIADORES E ESTABILIZANTES. INGREDIENTES INATIVOS: CARGA INERTE

(NANOPARTÍCULA DE SÍLICA) E VEÍCULO (ETANOL). DIÓXIDO DE SILÍCIO SILANIZADO DE 1 A 10% POR PESO

Descritivo completo: 02.05.00762 13 ADESIVO MAGIC BOND DE REPOSIÇÃO (PRIME BLOND) PEÇA 200

01- ADESIVO **MAGIC BLOND** DE REPOSIÇÃO (**PRIME BLOND**)

1 FINALIDADE AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO FOTOPOLIMERIZÁVEL MONOCOMPONENTES P/ ESMALTE E DENTINA

2 COMPOSIÇÃO HEMA, DIMETACRILATOS, FLUORETO DE NEOPENTIL ACRILATO, MONÔMERO ADESIVO (MEP), DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO, INICIADORES E ESTABILIZADORES EM UMA SOLUÇÃO ALCOÓLICA.

3 APRESENTAÇÃO EM FRASCO

4 IDENTIFICAÇÃO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E LOTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

5 VALIDADE VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANOS DA DATA DE ENTREGA

Neste item 13 lote 06 o descritivo é 100% ÂMBAR DA FGM, nem Magic Bond e nem Prime Bond atende o solicitado no descritivo completo, pois só o Âmbar Atende o item.

RESPOSTA: PODE SER O DE 2g, COMO DE 4g

LOTE 07:

Descritivo simplificado: Item 04 - 15 ESPONJA HEMOSTÁTICA EM FLOCOS CAIXA COM 10 UNIDADES

Descritivo completo: 02.05.00085 04 HEMOSTÁTICO LOCAL CAIXA 15 01-HEMOSTÁTICO LOCAL

1 AÇÃO HEMOSTÁTICA

2 COMPOSIÇÃO CLORATO DE ALUMÍNIO MAIS ÁLCOOL ETÍLICO

3 APRESENTAÇÃO FRASCO COM 10MML

4 IDENTIFICAÇÃO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO

Neste item 04 lote 07, pede Esponja Hemostática cx com 10 Unidades (Hemospon), mas no descritivo completo pede Hemostático fracos com 10 ml, acreditamos que seja o pedido correto de Esponja Hemostática caixa com 10 unidades (hemospon) e não Hemostático líquido.

RESPOSTA: HEMOSTÁTICO FRASCO COM 10ML

Atenciosamente

Alexander Carvalho

De: Odontosul Ltda [<mailto:licitacao.odontosuldental@gmail.com>]

Enviada em: terça-feira, 17 de agosto de 2021 12:53

Para: licitacoes@cajamar.sp.gov.br

Assunto: Descritivos lotes Pregão Presencial 049/2021 - está gerando duvidas .

Boa tarde Sr. (a) Pregoeiro do Pregão Presencial N.º 049/2021 Processo N. 11.656/2020.

A empresa Dental Premium Ltda, interessada em participar do Pregão PResencial N.º 049/2021 Processo N. 11.656/2020, informa que ao analisar os descritivos dos lotes abaixo encontramos alguns descritivos com dupla interpretação, o que está gerando dúvidas para qual descritivo devemos cotar o produto e qual marca.

EXEMPLOS:

LOTE 01 : INSTRUMENTAIS

Descritivo simplificado: Item 44 - 01 CABOBISTURI N°4

Descritivo completo: 02.05.03500 44 CABO DE BISTURI D **LÂMINA DUPLA 1,5MM PEÇA**

01 11 - CABO DE BISTURI DE LÂMINA DUPLA 1,5MM 1 ESPECIFICAÇÃO BISTURI DE LÂMINA DUPLA PARA CORTES PARALELOS E PARA RETIRADA DE RETALHOS COM DISTÂNCIA ENTRE LÂMINAS DE 1,5 MM

2 MATÉRIA-PRIMA PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL

3 ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVÁVEL

4 EMBALAGEM EMBALAGEM COM 1 UNIDADE

5 IDENTIFICAÇÃO CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA E FABRICAÇÃO

[Neste lote 01 item 44, ou pede cabo numero 04 ou pede com lâmina dupla](#)

[LOTE 02: ANESTÉSICOS](#)

Descritivo simplificado: Item 03 - 50 ANESTÉSICO **CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3%** SEM VASOCONSTRITOR, CAIXA C/ 50 UNIDADES

Descritivo completo: 02.05.00813 03 **SCANDICAINE 3%** SEM VASOCONSTRITOR CAIXA 50 03- SCANDICAINE 3% SEM VASOCONSTRITOR 1 COMPOSIÇÃO A BASE DE SCANDICAINE A 3% SEM VASOCONSTRITOR 2 APRESENTAÇÃO TUBETES DE 1,8ML 3 EMBALADOS EMBALADOS EM CAIXA COM 50 TUBETES 4 IDENTIFICAÇÃO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO 5 INDICAÇÃO INTERVENÇÕES EM HIPERTENSOS, CARDÍACOS E DIABÉTICOS 6 ARMAZENAMENTO SEGUIR RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO 7 VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS

Neste lote 02 de Anestésico, no descritivo básico pede (cloridrato de Mepivacina 3º) e no descritivo completo pede (scandicaine 3º), ANESTÉSICO SCANDICAINE não se fabrica mais, então acredito que seja Mepivacaine 3º que esteja sendo solicitada no lote 02 Item 03.

LOTE 04 : DESCARTÁVEIS

Descritivo simplificado: Item 05 - 3.000 AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA.

Descritivo completo: 02.05.01083 05 AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL UNIDADES 3.000

05 – AVENTAL CIRÚRGICO 1 MATERIAL AVENTAL DE TNT 100% POLIPROPILENO.; GRAMATURA MÍNIMA DE 50; BOTÕES DE PRESSÃO, ADESIVO QUICKLY (VELCRO), FILAMENTO DE POLIÉSTER TEXTURIZADOS E FIOS ELÁSTICOS (60% ELASTODIENO E 40% POLIÉSTER). COM PUNHO E MANGA LONGA (MÍNIMO 60 CM). COMPRIMENTO TOTAL DE ALTURA DE NO MÍNIMO

1.40. 2 EMBALAGEM EMBALAGEM COM 10 UNIDADES DESCARTÁVEL

3 IDENTIFICAÇÃO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO

Neste Lote 04 item 05 - A confusão é por que pede em unidade o preço de venda, mas a entrega pede pacote com 10 unidades, (seria só na entrega o pacote com 10 unidades, ou pede preço pacote com 10 unidades na proposta??)

Descritivo simplificado: Item 11 - 1300 SUGADOR ATÓXICO DESCARTÁVEL PACOTE COM 40 UNIDADES

Descritivo completo: 02.05.00042 11 SUGADOR CIRÚRGICO ATOXICO DESCARTÁVEL PACOTE 1300

01-SUGADOR ATÓXICO DESCARTÁVEL

1 MATÉRIA-PRIMA DE PLASTICO DESCARTAVEL, ATOXICO

2 EMBALAGEM EMBALADA EM PACOTE COM 40 UNIDADES

Neste item 11 do lote 05 - O descritivo simplificado fala em sugador descartável normal para saliva pacote com 40 unidades. E no descritivo completo, fala em sugador CIRÚRGICO descartável.

Acreditamos que o correto é Sugador descartável normal pacote com 40 unidades, e não cirúrgico.

LOTE 05:

Descritivo simplificado: Item 02 - 02 500 CIMENTO À BASE DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA (PRESA QUÍMICA É EM PÓ)

Descritivo completo: 02.05.00798 02 IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO LÍQUIDO 10ML FRASCO

01– IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO LÍQUIDO 10ML 1 USO RESTAURAÇÕES, REPARO DAS EROSÕES, CONFECÇÃO DE NÚCLEOS PARA COROA E A.R.T.

2 ESPECIFICAÇÃO IONÔMERO DE VIDRO EM LÍQUIDO, FRASCO DE VIDRO COM 10ML, C/ DOSADOR.

3 EMBALAGEM EMBALAGEM CONTENDO FRASCO DE VIDRO ÂMBAR E CONJUNTO DOSADOR, ROTULAGEM OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE

4 IDENTIFICAÇÃO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA

5 OBSERVAÇÕES IONÔMERO PÓ E LÍQUIDO DEVEM SER DA MESMA MARCA COMERCIAL

Neste item 02 do lote 05 - Vocês estão pedindo no descritivo simplificado, presa química, que só tem em pó, mas no descritivo completo pede em líquido, acreditamos que seja líquido mesmo, pois no item 03 do lote 05 já é pedido o Pó

LOTE 06:

Descritivo simplificado: Item 01 - 50 RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA RADIOPACA COR B2

Descritivo completo: 02.05.00503 01 RESINA FLOW B2 (RESTAURADOR FLUIDO) CAIXA

01-RESINA FLOW B2 (RESTAURADOR FLUIDO)

1 FINALIDADE PARA REPAROS EM RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS E INDIRETAS DE PORCELANA OU RESINA, SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS E REGULARIZAÇÃO DE PAREDES CAVITÁRIAS.

2 COMPOSIÇÃO RESINA HÍBRIDA DE BAIXA VISCOSIDADE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO E DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO, NA COR B2.

3 Apresentação EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SERINGA DE 4 G NA COR B2.

4 IDENTIFICAÇÃO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E LOTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

5 VALIDADE VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA

Neste item 01 do lote 06 no descritivo completo, não existe resina flow com 4grs, (somente resina flow com 2grs)

Descritivo simplificado: Item 13 - 13 200 SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL DE 5ª GERAÇÃO PARA ESMALTE E DENTINA COM PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. POSSUIR MDP PARA LIGAÇÃO QUÍMICA PARA MAIOR CAPACIDADE DE ADESÃO. INGREDIENTES ATIVOS: MONÔMEROS METACRILATOS, FOTOINICIADORES, CO INICIADORES E ESTABILIZANTES. INGREDIENTES INATIVOS: CARGA INERTE (NANOPARTÍCULA DE SÍLICA) E VEÍCULO (ETANOL). DIÓXIDO DE SILÍCIO SILANIZADO DE 1 A 10% POR PESO

Descritivo completo: 02.05.00762 13 ADESIVO MAGIC BOND DE REPOSIÇÃO (PRIME BLOND) PEÇA 200

01- ADESIVO **MAGIC BLOND** DE REPOSIÇÃO (**PRIME BLOND**)

1 FINALIDADE AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO FOTOPOLIMERIZÁVEL MONOCOMPONENTES P/ ESMALTE E DENTINA

2 COMPOSIÇÃO HEMA, DIMETACRILATOS, FLUORETO DE NEOPENTIL ACRILATO, MONÔMERO ADESIVO (MEP), DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO, INICIADORES E ESTABILIZADORES EM UMA SOLUÇÃO ALCOÓLICA.

3 APRESENTAÇÃO EM FRASCO

4 IDENTIFICAÇÃO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E LOTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

5 VALIDADE VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANOS DA DATA DE ENTREGA

Neste item 13 lote 06 o descritivo é **100% AMBAR DA FGM**, nem Magic Bond e nem Prime Bond atende o solicitado no descritivo completo, pois só o Âmbar Atende o item.

LOTE 07:

Descritivo simplificado: Item 04 - 15 ESPONJA HEMOSTÁTICA EM FLOCOS CAIXA COM 10 UNIDADES

Descritivo completo: 02.05.00085 04 HEMOSTÁTICO LOCAL CAIXA 15 01-HEMOSTÁTICO LOCAL

1 AÇÃO HEMOSTÁTICA

2 COMPOSIÇÃO CLORATO DE ALUMÍNIO MAIS ÁLCOOL ETÍLICO

3 APRESENTAÇÃO FRASCO COM 10MML

4 IDENTIFICAÇÃO CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO

Neste item 04 lote 07, pede Esponja Hemostática cx com 10 Unidades (Hemospon), mas no descritivo completo pede Hemostático fracos com 10 ml, acreditamos que seja o pedido correto de Esponja Hemostática caixa com 10 unidades (hemospon) e não Hemostático líquido.

Essas são nossas dúvidas em relação aos descritivos dos lotes mencionados.

Ficamos no aguardo

Obrigado e tenha um ótimo dia

Perterson Luiz Batista