



Prefeitura do Município de Cajamar
Estado de São Paulo
Secretaria de Saúde

Cajamar, 14 de dezembro de 2022.

À

Secretaria da Fazenda, Gestão e Estratégia

Sr. Michael Campos Cunha - Secretário

Ref.: Pregão Presencial

Análise de amostras apresentadas pela empresa Bellamed Produtos Hospitalares
CNPJ 31.496.120/0001-94

Conforme exigido no Edital do Pregão 18/2022 ocorrido em 02/12/2022 Processo 9937/22 de Registro de Preço para aquisição de Fraldas Geriátricas para distribuição gratuita na Rede Pública Municipal de Cajamar. Foram conferidas pela equipe técnica da Secretaria de Saúde as amostras de fraldas geriátricas tamanhos P, M, G e XG conforme dados abaixo:

- a) Tamanho P – Fabricado por Indústria de Fraldas GBI Ltda (P=8 unidades)
Marca/Modelo GutoMaxx
- b) Tamanho M - Fabricado por Indústria de Fraldas GBI Ltda (M= 8 unidades)
Marca/Modelo UseFral Master
- c) Tamanho G - Fabricado por Indústria de Fraldas GBI Ltda (G= 8 unidades)
Marca/Modelo UseFral Master
- d) Tamanho XG - Fabricado por Indústria de Fraldas GBI Ltda (XG= 7 unidades)
Marca/Modelo UseFral Master

De acordo com a análise realizada entre a amostra física e o descritivo solicitado no termo de referência, encontramos as seguintes pendências em todos os tamanhos e marcas/modelos ofertados:

- 1) Fralda de uso noturno severo (incontinência intensa) – apresentada fraldas sem esta classificação com pouca polpa para uso de incontinência intensa.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Tenente Marques nº 3780, Bairro Portais
Distrito do Polvilho – Cajamar/SP
Fone: 11-4448-1750/1585 e-mail: dir.saude@cajamar.sp.gov.br



Prefeitura do Município de Cajamar

Estado de São Paulo

Secretaria de Saúde

- 2) Fralda com indicador de umidade na parte frontal – apresentada fraldas sem indicador de umidade.
- 3) Fralda com núcleo de rápida absorção e camada de polpa dupla – apresentada fraldas sem núcleo de rápida absorção e sem camada com polpa dupla.

Após a análise, os técnicos da Secretaria de Saúde entenderam que as amostras enviadas **NÃO ATENDEM** ao descritivo do termo de referência bem como ao uso no qual será destinada levando a prejuízos ao cuidado e conforto dos pacientes. Sendo assim, encaminhamos para andamento dos trâmites necessários que o caso requer.

Atenciosamente

Dra. Patrícia Haddad
Secretária de Saúde